

Одговор на Питање број 4:

Није прихватљиво понудити апарат са капацитетом батерије од минимално 60 минута. Скоро сви понуђачи поседују ЕКГ апарате са много већим капацитетом батерије од минимално 2 сата, а Завод се бави претежно теренским послом, односно кућним лечењем, негом и палијативним збрињавањем.

ПИТАЊЕ: *Da li prihvatljivo ako se ponudi aparat koji ima standardne brzine štampanja 10, 12.5, 25, 50 (mm/s), kao odgovarajući?*

Одговор на Питање број 5:

Није прихватљиво понудити апарат са брзинама штампања 10, 12.5, 25, 50 мм/с. Понуђени ЕКГ апарат мора поседовати све брзине штампања које су захтеване техничким карактеристикама.

ПИТАЊЕ: *Da li je prihvatljivo ukoliko aparat poseduje traženu memoriju zajedno u unutrašnjoj memoriji i na integrisanoj SD kartici koja ce biti isporucena uz uređaj?*

Одговор на Питање број 6:

Није прихватљиво, минимална унутрашња меморија без SD картице мора бити минимално 300ЕКГ снимака.

ПИТАЊЕ: *Da li je prihvatljivo ukoliko aparat poseduje USB konektor za povezivanje u LAN mrežu tj. štampač, kao odgovarajući?*


Одговор на Питање број 7:


Уколико апарат поседује USB конектор за повезивање директно са екстерним штампачем, понуда са таквим апаратом је прихватљива. Уколико је потребно да се апарат прво преко РС-ја повеже са мрежом, па тек онда преко мреже са штампачем који је повезан са РС-ијем, то није прихватљиво за Завод.


Наиме, Завод жели да што више олакша рад запосленима, и из тог разлога је захтевао што једноставније повезивање са екстерним штампачем.

С поштовањем,


Чланови Комисије:

  
Прим.мр sc. др Марина Пешић-Прокић, председник

  
Мр sc.мед др Звездана Пашић

  
Др. Наташа Вукићевић

  
Катица Игњатовић, дипл.ек.

  
Раде Таталовић, дипл.правник