



Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд
11000 Београд, Краља Милутина 52, Република Србија
телефон: 011 2067-800 факс: 011 2067-817
e-mail: IGHTC@beotel.rs www.gerontology.co.rs

Предмет: Одговор на молбу за појашњење конкурсне документације бр.28/16 од 19.04.2016. године, потенцијалног понуђача у вези са јавном набавком бр.01/2016, за партију број 1 у отвореном поступку ЈН ред.бр.А1-1

Prvo pitanje се односи на minimalnu техничку спецификацију aparata(страница br.16 i 17 конкурсне документације) која предвиђа у таčki 4 i таčki 11:

4. „Integrисани Touch Screen дијагонале minimum 8 инча на контролном panelу portabilног kolor dopler aparata „

11. „Mogućnost rotiranja монитора лево-десно i напред-назад независно од control panelа“.

Predлаžемо Наручиоцу да преформулише свој захтев у:

4. „Integrисани Touch Screen дијагонале minimum 8 инча у оквиру portabilног kolor dopler aparata“

11. „Mogućnost rotiranja монитора лево-десно i напред-назад“

Одговор на прво питање:

Наручилац је предметну техничку спецификацију дефинисао спрам својих потреба имајући у виду да је за нашу установу неопходан апарат са перформансама високе класе који ће пружити максималну флексибилност у раду, стога техничка спецификација остаје непромењена.

Drugo pitanje се односи на захтев у техничкој спецификацији под бројем 7. који гласи:

„Arhiviranje на свим integrисаним јединицама:

-hard disku од min 250 GB

-integrисаним DVD“

С обзиром да је integrисани HDD техничка карактеристика коју поседују сви савремени portabilни ултразвучни апарати молимо нарудиоца да други део наведеног техничког захтева преформулише у:

„integrисан DVD на апарату или кolicима“

Овде се ради о карактерistici која је део дизајна код portabilног апарата i којом се не уманjuje функционалност i квалитет истог јер је јасно да ће се, у случају pregледа на терену снимци memorisати на integrисаном hard disku у апарату, а не narezivати на DVD-у (уколико се апарат буде користио за кућне посете).

Одговор на друго питање:

Предметна техничка карактеристика није део дизајна већ одлика портабилних ултразвучних апарата високе класе, стога техничка спецификација остаје непромењена.

С поштовањем,

Чланови комисије:

Marina Peshih-Prokic
Прим.мр sc. др Марина Пешић-Прокић, председник

Zvezdana Pashih
Мр sc. мед. др Звездана Пашић, члан

Natasha Vukichевич
Др Наташа Вукићевић, члан

Katica Igjatovич
Катица Игњатовић, дипл.ек. члан

Vesna Vasich
Весна Васић, заменик члана, дипл.правник