



Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд
11000 Београд, Краља Милутина 52, Република Србија
телефон: 011 2067-800 факс: 011 2067-817
e-mail: IGHTC02@beotel.rs www.gerontology.co.rs

Предмет: Одговори на питања достављена дана 28.03.2017.године потенцијалног понуђача у вези са јавном набавком бр. 01/2017-медицинска опрема, партија 5-портабилни ултразвучни апарат

1."Да ли је за наручиоца прихватљиво да се Тачка 3. измени да гласи:
ЛЦД монитор минимум 13.3", резолуције 1024x768 или више.Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача."

Одговор: Наручилац неће смањивати критеријуме који се односе на целокупан квалитет и функционалност жељеног добра, дефинисаног минималним техничким захтевима конкурсне документације , с обзиром да више понуђача може да испуни тражене услове.

2. "Да ли је за наручиоца прихватљиво да се Тачка 4. измени да гласи:
Ергономска full size тастатура или на екрану осетљивом на додир.Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача."

Одговор: Наручилац неће смањивати критеријуме који се односе на целокупан квалитет и функционалност жељеног добра, дефинисаног минималним техничким захтевима конкурсне документације , с обзиром да више понуђача може да испуни тражене услове.

3. "Да ли је за наручиоца прихватљиво да се Тачка 5. измени да гласи:
Тежина апарата укључујући и батерију максимум 7,5 кг.Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача."

Одговор: Наручилац неће смањивати критеријуме који се односе на целокупан квалитет и функционалност жељеног добра, дефинисаног минималним техничким захтевима конкурсне документације , с обзиром да више понуђача може да испуни тражене услове.

4. "Да ли је за наручиоца прихватљиво да се Тачка 14. измени да гласи:
Минимум 210 dB динамички опсег.Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача."

Одговор: Наручилац неће смањивати критеријуме који се односе на целокупан квалитет и функционалност жељеног добра, дефинисаног минималним техничким захтевима конкурсне документације , с обзиром да више понуђача може да испуни тражене услове.

5. "Да ли је за наручиоца прихватљиво да се Тачка 26. измени да гласи:26.1 (код њих уписана као 27.1) Секторска phased array 2Д сонда фреквентног опсега 1.7-4.0 Mhz или шире, са минимум 60 кристалних елемената и ФОВ: минимум 85 степени или шире.Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ

